

 <p>ACODECO Dir. Nal. de Protección al Consumidor Departamento de Metrología</p>	<p align="center">INFORME VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE Del 15 de Junio al 31 de Julio de 2015</p>	<p align="right">Elizabeth Harris – Metrólogo 4 de Agosto de 2015 Página 1 de 7</p>
--	--	---

AREA DE APLICACIÓN

Esta verificación se llevó a cabo de manera aleatoria en las estaciones de combustible ubicadas en Panamá Metro, Panamá Oeste y Panamá Este.

FUNDAMENTO LEGAL

- Ley 45 de 31 de octubre de 2007, título II, artículo 36, referente a las obligaciones del proveedor frente al consumidor.
- Reglamento Técnico DGNTI. COPANIT. 51-2005. Metrología. Verificación y Calibración de Surtidores de Combustible Líquidos.
- Manual de Procedimientos ACODECO-ME-PR-03. Verificación de Estaciones de Combustible.

OBJETIVO

El objetivo principal de esta verificación fue hacer un monitoreo entre las estaciones de combustible del área metropolitana para constatar el cumplimiento de las normativas que sirven de marco legal para la ejecución de esta actividad, especialmente en las estaciones nuevas.

ASPECTOS EVALUADOS

Se evaluaron los siguientes aspectos:

1. Contenido de Agua en los Tanques de Almacenamiento de Combustible
2. Verificación de los Surtidores de Combustible
3. Precios a la Vista del Consumidor (combustibles y lubricantes)
4. Denominación de los Combustibles en los Surtidores
5. Coincidencia Entre el Precio y Denominación de los Combustibles entre el Tablero y los Surtidores
6. Disponibilidad y vigencia del Informe de Calibración y si fue hecho a cero
7. Instrucciones de Manejo de los Surtidores de Auto Servicio
8. Sellos de los Metros de los Surtidores
9. Condición de las Pantallas de los Surtidores
10. Disponibilidad de la Estación para la Realización de la Labor

 <p>ACODECO Dir. Nal. de Protección al Consumidor Departamento de Metrología</p>	<p>INFORME VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE Del 15 de Junio al 31 de Julio de 2015</p>	<p>Elizabeth Harris – Metrólogo 4 de Agosto de 2015 Página 2 de 7</p>
---	--	---

METODOLOGÍA

- La metodología utilizada en estas verificaciones es la descrita en el Reglamento Técnico DGNT - COPANIT. 51-2005. Metrología. Verificación y Calibración de Surtidores de Combustible Líquidos, acápite 11, numerales 11.5, 11.6, 11.7 y 11.8, y en el Manual de Procedimientos ACODECO-ME-PR-03. Verificación de Estaciones de Combustible.

RESULTADOS

En un total de 102 estaciones de combustible visitadas 66 (64.71 %) cumplieron con todos los aspectos verificados y en 36 (35.29%) se encontraron irregularidades.

Detallamos:

Cuadro Nº 1 – Estaciones Verificadas


ESTACIONES VERIFICADAS				
Total	Cumple	%	No Cumple	%
102	66	64.71	36	35.29

Tanques de Almacenamiento de Combustible: Se verificó un total de 316 tanques de almacenamiento de combustible de los cuales todos (100%) resultaron dentro de la tolerancia permitida de agua.

Surtidores de Combustible: Se verificó un total de 1,886 surtidores de combustible de los cuales 1,880 (99.68%) resultaron dentro de las tolerancias permitidas y 6 (0.32%) resultaron fuera de las tolerancias permitidas: 2 (33.33%) a favor del consumidor y 4 (66.67%) en contra.

Detallamos:

- **Gasolina de 91 Octanos:** Se verificaron 605 surtidores de los cuales 603 (99.67%) resultaron satisfactorios y 2 (0.33%) resultaron descalibrados ambos en contra del consumidor.
- **Gasolina de 95 Octanos:** Se verificaron 610 surtidores y todos (100%) resultaron dentro de las tolerancias permitidas.
- **Diesel:** Se verificaron 671 surtidores de los cuales 667 (99.40%) resultaron satisfactorios y 4 (0.60%) resultaron descalibrados, 2 a favor y 2 en contra del consumidor.

 <p>ACODECO Dir. Nal. de Protección al Consumidor Departamento de Metrología</p>	<p align="center">INFORME VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE Del 15 de Junio al 31 de Julio de 2015</p>	<p>Elizabeth Harris – Metrólogo 4 de Agosto de 2015 Página 3 de 7</p>
---	---	---

Cuadro N° 2 – Resultados de Tanques de Almacenamiento y Surtidores de Combustible

ASPECTO VERIFICADO	TOTAL	SURTIDORES					
		Cumplen		No Cumplen		A Favor del Consumidor	En Contra del Consumidor
Tanques de Almacenamiento de Combustible	316	316	100%	0	0%	-	-
Surtidores de Combustible	1,886	1,880	99.68%	6	0.32%	2	4
Surtidores de Gasolina de 91 Octanos	605	603	99.67%	2	0.33%	-	2
Surtidores de Gasolina de 95 Octanos	610	610	100%	0	0%	-	-
Surtidores de Diesel Bajo en Azufre (S500)	671	667	99.40%	4	0.60%	2	2
Surtidores de Kerosene	0	0	0%	0	0%	-	-

Certificados de Calibración: Entre las 102 estaciones verificadas 101 (99.02%) estaciones tenían los certificados de calibración disponibles y 1 (0.98%) no lo tuvo disponible. De las 101 estaciones con los certificados de calibración disponibles en 98 (97.03%) se encontraron con los certificados de calibración vigentes y en 3 (2.97%) vencidos, mientras que en las 101 estaciones dichos certificados se encontraron en cero.

Identificación el Combustible en el Surtidor: De las 102 estaciones verificadas 101 (99.02%) mantenían debidamente identificados los surtidores de combustible y 1 (0.98%) estación no cumplió con este aspecto.

Coincidencia de Precios Tab/Surt: En las 102 estaciones se encontró que los precios del tablero coincidían con los precios de los surtidores.

Instrucciones de Auto Servicio: De las 102 estaciones verificadas 59 contaban con autoservicio. De estas 58 (98.31%) mantenían las instrucciones de uso de los surtidores a la vista del consumidor, y 1 (1.69%) estación no cumplió con este aspecto.

Llave de los Surtidores Disponible: De las 102 estaciones verificadas 79 (77.45%) tuvieron disponibilidad de las llaves de los surtidores a fin de facilitar la verificación de los metros de los mismos y 23 (22.55%) no contó con las llaves por lo que en estas 23 estaciones no se pudo revisar la integridad de los sellos de los metros de los surtidores.

 <p>ACODECO Dir. Nal. de Protección al Consumidor Departamento de Metrología</p>	<p align="center">INFORME VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE Del 15 de Junio al 31 de Julio de 2015</p>	<p align="right">Elizabeth Harris – Metrólogo 4 de Agosto de 2015 Página 4 de 7</p>
--	---	---

Sellos de los Metros Intactos: La integridad de los sellos de los metros de los surtidores solo se pudo verificar en 79 estaciones y todas cumplieron con este aspecto.

Lubricantes con Precio: De las 102 estaciones verificadas 98 vendían lubricantes. De ellas 93 (94.90%) mantienen los precios de los lubricantes a la vista del consumidor y 5 (5.10%) no cumple con este aspecto, mientras que se encontraron todas las estaciones (100%) con los lubricantes sellados.

Pantalla de los Surtidores Legibles: De las 102 estaciones 98 (96.08%) mantenían las pantallas de los surtidores claros y legibles y 4 (3.92%) estaciones no cumplieron con este aspecto.

Cuadro N° 3 – Resultados de Aspectos Generales Verificados

ASPECTO VERIFICADO	CUMPLEN		NO CUMPLEN	
	Nº	%	Nº	%
Ultima Calibración Vigente	98	97.03%	3	2.97%
Ultima Calibración Disponible	101	99.02%	1	0.98%
Ultima Calibración en 0	101	100%	0	0%
Identificación del Combustible en el Surtidor	101	99.02%	1	0.98%
Coincidencia de Precios Tab/Surt	102	100%	0	0%
Instrucciones de Auto Servicio	58	98.31%	1	1.69%
Llave de los Surtidores Disponible	79	77.45%	23	22.55%
Sellos de los Metros Intactos	79	100%	0	0%
Lubricantes con Precio	93	94.90%	5	5.10%
Lubricantes Sellos	98	100%	0	0%
Pantalla de los Surtidores Legibles	98	96.08%	4	3.92%

Incumplimiento por Petrolera

Se verificaron estaciones de combustible de las diferentes petroleras que hay actualmente en el país, AB 2 estaciones, Terpel 29 estaciones, Puma 12 estaciones, Texaco 7 estaciones, Delta 37 estaciones, Tropigas 1 y 4 independientes.



Cuadro N° 4 - Estadística por Petrolera

INCUMPLIMIENTO	PETROLERAS													
	AB		TERPEL		PUMA		TEXACO		DELTA		TROIPIGAS		IND.	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Estaciones Verificadas	2	0	24	5	12	0	1	6	17	20	0	1	3	1
Ultima Calibración Vencida	2	0	27	2	15	1	0	0	35	1	1	0	4	0
Ultima Calibración Disponible	2	0	29	0	15	1	0	0	36	1	1	0	4	0
Ultima Calibración En Cero (0)	2	0	29	0	15	1	0	0	36	0	1	0	4	0
Identificación del Combustible en los Surtidores	2	0	29	0	15	1	0	1	37	0	1	0	4	0
Coincidencia de Precios entre Tablero y Surtidores	2	0	29	0	15	1	0	0	37	0	1	0	4	0
Instrucciones de Auto Servicio	0	0	29	0	15	0	0	1	7	0	0	0	2	0
Disponibilidad de las Llaves de los Surtidores	2	0	28	1	14	0	1	3	20	17	0	1	4	0
Sellos de los Metros Intactos	2	0	28	0	14	0	0	0	20	0	0	0	4	0
Lubricantes con Precio	1	0	27	1	13	1	0	1	36	1	1	0	3	1
Lubricantes Sellados	1	0	28	0	14	1	0	0	37	0	1	0	4	0
Pantallas de los Surtidores Legibles	2	0	29	0	14	1	0	2	36	1	1	0	4	0
Tanques de Almacenamiento	4	0	88	0	48	3	0	0	124	0	3	0	13	0
Surtidores de Gasolina de 91 Octanos	8	0	197	0	86	6	0	0	220	2	6	0	17	0
Surtidores de Gasolina de 95 Octanos	4	0	195	0	84	6	0	0	240	0	6	0	16	0
Surtidores de Diesel Bajo Azufre (S500)	4	0	207	1	88	6	0	1	257	1	6	0	20	0

C= Cumple NC=No Cumple

Las cifras que aparecen resaltadas en negrita corresponden a las faltas

ANTECEDENTES DE RESULTADOS

 <p>ACODECO Dir. Nal. de Protección al Consumidor Departamento de Metrología</p>	<p>INFORME VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE Del 15 de Junio al 31 de Julio de 2015</p>	<p>Elizabeth Harris – Metrólogo 4 de Agosto de 2015 Página 6 de 7</p>
--	---	---

Cuadro Nº 5 - Estadística de Resultados de las Ultimas Verificación de Combustible Realizadas.

Parámetros	2008	Abril-Mayo 2009	Sep. 2009	Abril-Mayo-Junio 2010	Abril 2011 (28 y 29 - Región Azuero)	Mayo-Junio 2011	Mayo - Junio 2012	Mayo - Junio 2014	Junio 15 - Julio 31 2015
Estaciones Verificadas	120	65	65	269	12	50	161	54	102
Surtidores Verificados	1 596	944	1 175	2 698	61	574	2 063	1 032	1,886
Surtidores Fuera de Tolerancia	15	3	4	28	2	4	42	5	6
Tanques de Almacenamiento Verificados	396	216	245	930	39	163	527	190	316
Tanques Fuera de Tolerancia	2	0	0	2	0	1	0	1	0


HALLAZGOS

El mayor incumplimiento encontrado en esta verificación ha sido la falta de llaves para abrir los surtidores y revisar la integridad de los sellos de los metros. Una vez más esta situación se encuentra mayormente en las estaciones de Petróleos Delta y los administradores de las estaciones, como en otras ocasiones, nos indican que la petrolera es sumamente estricta en cuanto a permitir que los administradores tengan en su poder las llaves de los surtidores.

En este sentido aun cuando les sugerimos a los administradores que llamen a las empresas calibradoras para que faciliten las llaves antes de que nos retiremos de la estación y así poder revisar los sellos de los metros, la mayoría no logra llegar a tiempo por lo que no se puede cumplir con esta fase de la verificación.

Al igual que en años anteriores hubo una gran cantidad de surtidores con resultados tanto por debajo como por arriba de la tolerancias permitidas. Según lo establece el Reglamento Técnico 51-2005, en estos casos se llevo a cabo segundas pruebas en las que resultaban dentro de tolerancia por lo que los surtidores permanecieron habilitados para su uso.

Surtidores que presentan este comportamiento pudieran tener problemas con el metro pero con solo dos pruebas es imposible determinar si ese es el origen del problema, es por ello que consideramos que este aspecto del reglamento técnico debe ser revisado.

 <p>ACODECO Dir. Nal. de Protección al Consumidor Departamento de Metrología</p>	<p align="center">INFORME VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE Del 15 de Junio al 31 de Julio de 2015</p>	<p align="right">Elizabeth Harris – Metrólogo 4 de Agosto de 2015 Página 7 de 7</p>
--	---	---

Igualmente nos encontramos con casos en los cuales los administradores de las estaciones apagan los surtidores por falta de personal u otras razones pero los mismos están en buenas condiciones para su uso y de hecho son utilizados en ciertos horarios durante el día. En la mayoría de estos casos también hubo que hacer dos pruebas ya que la primera resultaba por debajo de las tolerancias permitidas. El inhabilitar un surtidor por un período determinado puede ocasionar que las mangueras se llenen de aire lo que puede motivar que el primer despacho que se haga en esa manguera resulte por debajo de las tolerancias permitidas. Por tal razón puede suceder que el primer vehículo que se despache con estas mangueras reciba menos cantidad de combustible de la que registre el surtidor, es decir, que la suma pagada no sea cónsona con el producto recibido.

Es por ello que consideramos que es posible que aquellas denuncias en las que los consumidores alegan que no reciben la cantidad de combustible por la que pagan y que al momento en que atendemos la denuncia los surtidores resultan dentro de las tolerancias permitidas, se trate de surtidores que se encuentren en estas condiciones ya que una vez que el surtidor es puesto en uso las líneas se llenan y logran surtir correctamente.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos durante esta verificación evidencian que los administradores de las estaciones han mejorado notablemente a fin de cumplir con lo establecido en el reglamento técnico, pues el porcentaje de incumplimiento ha sido bajo en comparación a años anteriores.

Esto nos indica que la labor de orientación a los agentes económicos realizada durante años está comenzando a dar frutos positivos.

RECOMENDACIONES

1. Tomar acción a través de multas ejemplares con relación a la falta de disponibilidad de las llaves de los surtidores. Debemos tener en cuenta que el metro es el dispositivo que regula el flujo de combustible del surtidor, que el mismo debe estar debidamente sellado para garantizar que no sea manipulado, que el reglamento técnico indica que los funcionarios de nuestra institución están en la obligación de revisar la integridad de los sellos de los metros y que sin estas llaves no se puede hacer esta revisión.
2. Solicitar a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio del Comercio e Industrias, que se reúna el Comité Técnico a fin de revisar el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos.

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración				Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen				
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor	Tab./Surt.	Coinc.	No Coinc.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina							Diesel		Kerosene	
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.																			Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.				Cump.	No Cump.		Cump.
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M				B	M		
		TOTALES			98	3	101	1	101	0	101	1	102	0	58	1	79	23	79	0	93	5	98	0	98	4	316	0	603	2	610	0	667	4	0	1,886	66	36	
		PANAMA																																					
15/06/15	3934	Estación Tanara (1)(2)	Tanara Calle Principal	AB	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	X	-	2	-	4	-	4	-	-	-	-	-	8	X	-
16/06/15	3935	ORLYN, S.A. Suc. N° 37	Terminal de Albroom	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	-	18	X	-
16/06/15	3937	Corp. H PDR, S.A. (Est. Puma Super 7)	Urb Llanos de Curundu	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	-	18	X	-
16/06/15	4003	Estación Santa Fé (2)	Chilibre (Urb. Agua Bendita, Via Boyd Roosevelt)	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	-	12	-	X
16/06/15	4002	Cach JN, S.A. (Texaco Chilibre) (2)	Chilibre (a 400 mt de El Camping Resort)	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	2	-	2	-	4	-	-	-	8	X	-
16/06/15	4004	Estación Aguabuena	Urbanización Agua Buena Vía Principal - Chilibre	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	4	-	4	-	6	-	-	-	14	X	-
17/06/15	3938	Estación Delta Paraíso Suc. N° 79	Salida de Paraíso San Miguelito	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	12	-	6	-	-	-	24	-	X
17/06/15	3939	Mini Tienda Quick Shop - Suc. N°9	Entrada a Villa Lobos, Pedregal	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	-	24	X	-
17/06/15	4005	Petróleos Delta Suc. N° 29 (3)	Entrada a Chivo Chivo, Las Cumbres	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	3	-	2	-	2	1	-	-	8	-	X
17/06/15	4006	ORLYN, S.A. Suc. No. 6	Vía Principal Transistmica, Urb. Chilibre	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	2	-	2	-	3	-	-	-	7	X	-

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración								Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen			
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor		Tab./Surt.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Almacen.		Gasolina							Diesel		Kerosene
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.	95 Oct.	500									
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B									
17/06/15	4007	ORLYN, S.A Suc. No. 49	Urbanización Quebrada Ancha, Vía Transistmica	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	6	-	-	14	X	-				
18/06/15	4008	Grupo Mc Petroleum, S.A. (1)	Alcalde Díaz, Vía Principal	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	8	-	-	20	X	-				
18/06/15	4009	Estación Capella, S.A.	Vía Boyd Roosevelt, Alcalde Díaz	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	X	-				
18/06/15	4010	Estación El Chungal	El Chungal - La Cabima	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	4	-	4	-	6	-	-	14	X	-				
22/06/15	3941	Alisco, S.A. - Suc No.1	Calle Vía Cincuentenario	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	1	1	-	10	-	X					
22/06/15	3942	Mc Petroleum/ Estación Texaco Antares	Urbanizació Santa Elena	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-				
22/06/15	3943	Orlyn, S.A.- Sucursal No. 13	Urbanización Santa Elena	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	-	X					
23/06/15	3944	Servicios Administrativos Yamasa- Sucursal No. 2	Urbanización La Cresta, Calle Martín Sossa	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	6	-	6	-	-	18	-	X					
23/06/15	3945	Transporte Luna VIP	Calle 39 y 40 Ave. Justo Arosemena	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	-	X						
24/06/15	4013	Almipetrol, S.A.	Salida lateral de la Autopista Interamericana, al Lado del Mc Donald's, Arraijan	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-						

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración								Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen			
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor		Tab./Surt.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Gasolina					Diesel		Kerosene
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.	95 Oct.	500							
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B							
24/06/15	4011	Petróleos Delta, S.A.	Vía Panamericana, Bda. 7 de Septiembre, Arraijan	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	4	-	4	-	4	-	12	X	-					
24/06/15	4012	Va&Ven, Panamá Pacífico	Vía Principal, Panamá Pacífico	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	18	X	-					
25/06/15	4017	Petroleos Delta, S.A. (Delta) (2)	Arraiján, Vía Int. al lado de la entrada de Valle	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	12	-	X						
25/06/15	4014	Petroleos Delta, S.A. (Delta) (2)	Burunga, Arraiján, Bda. San Agustín	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	8	-	24	-	X						
25/06/15	4016	Almipetrol, S.A.	Arraijan, Vista Alegre, Vía principal fte. a Novey	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	12	X	-					
25/06/15	4752	ORLYN, S.A. N° 69	Vía Interamericana, El Espino, La Chorrera	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	8	-	24	X	-					
25/06/15	4751	PUMA SUPER 7	Vía Principal, La Espiga, Chorrera	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	8	-	20	X	-					
25/06/15	4753	Petróleos Delta, S.A. (Delta) Suc. 11 (2)	Vía Int. Fte. entrada de El Espino, La Chorrera	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	2	-	1	-	5	-	8	X	-					
25/06/15	4751	Puma Super 7	Vía Int. La Espiga, La Chorrera	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	8	-	20	X	-					

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración								Ident. del Combut.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen		
					Vigente				Disponib.				En 0		Surtidor	Tab./Surt.		AutoServ		Surt. Disp		Metros Intactos		Precio		Sello		Legibles		Almacen.		Gasolina				Diesel				Kerosene	
					Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.			No Cump.		Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.							95 Oct.
					B	M	B	M	B	M	B	M	B																												
29/06/15	4018	Puma Super 7	Vía Int., Urb. Hato Montaña	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-					
29/06/15	4019	Ultra Petroleum	Urb. Costa Verde, fte. a Plaza Vista Verde	IND.	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	10	-	-	36	X	-					
29/06/15	3946	Estación Terpel El Venturoso	Urb. Villa Carmen, Vía. Int.	TERPEL	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	8	-	-	20	-	X					
29/06/15	3947	Estación Trinidad de Capira (1) (2) (4)	Vía Int. Villa Rosario al lado del Rest. La Hacienda, Capira	TEXACO	X	-	X	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	3	-	-	-	-	12	-	-	12	-	X					
29/06/15	3948	Estación y Servicentro La Felicidad	Capira, al lado de la Pand. Cesarín	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	3	-	3	-	3	-	4	-	-	10	-	X					
29/06/15	4028	Orlyn, S.A. - Suc. N°30 (3)	Vía Int. Chame, Vía Principal	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	9	1	-	36	-	X					
30/06/15	4027	Estación Santa Catalina	Vía Int. Bejuco, Chame	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	1	-	1	-	2	-	-	4	X	-					
30/06/15	4026	Estación Delta Capira (2)	Vía Int. Capira	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	X	-					
30/06/15	4022	Petróleos Delta, S.A. (DELTA) (2) (5)	Arraijan, Vista Alegre, Vía Principal a un Costado de la Caja de Ahorros	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	-	-	8	-	8	-	-	16	X	-					
30/06/15	4021	Orlyn, S.A.	Arraijan, Vista Alegre, fte. a Plaza Girasol	TERPEL	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	5	-	13	-	12	-	13	-	-	38	-	X					

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración				Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp.		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen			
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor	Tab./Surt.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Gasolina							Diesel		Kerosene
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.																			Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.				Cump.	No Cump.	
					B	M	B	M	B	M	B	M	B																									
07/07/15	3949	Orlyn, S.A.	Las Cumbres, Urb. Montserat, entada a La Cabima	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	X	-				
07/07/15	4030	Super 7/Puma Albrook	Ave. Omar Torrijos Herrera, al lado de UDELAS	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-				
09/07/15	3950	Petroleos Delta, S.A.	Ave. La Paz, El Ingenio Betania	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	10	-	-	26	-	X			
09/07/15	4023	Mi Bodeguita (Est. Puma)	Vía Transistmica, Las Cumbres	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	6	-	6	-	-	20	X	-				
09/07/15	4024	Orlyn, S.A.	Vía Transistmica	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-				
15/07/15	4754	Estación Texaco Omega (1)	Vía Israel	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	-	X			
15/07/15	4755	Petróleos Delta, S.A. - Suc. N° 92 (Est. Paitilla 50) (1)	Calle 50 antes del Citibank	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	8	-	-	24	-	X			
15/07/15	4757	Servicentro Ancón, S.A. (1)	Calle H y Ave. Ancón	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	X	-				
15/07/15	4032	Petróleos Delta, S.A. (Delta)	Ave. Boyd Roosevelt, entrada a Chivo Chivo	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	4	-	6	-	6	-	6	-	-	18	-	X			
15/07/15	4031	Estación Packai	Ave. Boyd Roosevelt, fte. a La Onda	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	4	-	-	-	4	-	-	8	X	-				

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Última Calibración								Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor		Tab./Surt.		AutoServ		Surt. Disp		Metros Intactos		Precio		Sello		Legibles		Almacen.		Gasolina				Diesel		Kerosene					
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.		95 Oct.			500				
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M						
15/07/15	4025	Petroleos Delta, S.A.	Las Cumbres, después del Rey Milla 8	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	6	-	10	-	-	22	-	X					
16/07/15	4034	Orlyn, S.A.	Vía Transist. C/C Los Andes	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-						
16/07/15	4033	Orlyn, S.A.	Vía Transist. Cerca de Moya	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-						
17/07/15	4035	Delta T-Shirt	Vía Tocúmen, fte. a Plaza Villa Lucre	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-						
20/07/15	4036	Estación Texaco (Star Mart)	Vía Simón Bolívar, Urb. Los Angeles, diagonal al Rest. Lung Fung	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	10	-	10	-	10	-	-	30	X	-						
20/07/15	4037/4038	Estación Terpel Raising	Ave. Frangipani y Vía Bolívar, fte. a Hosp. Sta. Fé	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	10	-	10	-	10	-	-	30	X	-						
21/07/15	4039	Estación Puma Linmare - Suc. N°1	Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado y Cl. 71	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-						
21/07/15	4040	Puma Santa María	Ave. Ricardo J. Alfaro, Sta. María, fte. 3M	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-						
22/07/15	4041	Orlyn, S.A.	Calle hacia Pto. Caimito	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-						
22/07/15	4042	Orlyn, S.A.	Calle hacia Pto. Caimito	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	2	-	2	-	2	-	-	6	X	-						
22/07/15	4043	Estación Lido	Ave. De Las Américas	DELTA	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	16	-	8	-	-	32	X	-						

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración								Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas							Total	Cumplen	No Cumplen	
					Vigente				Disponib.				En 0		Surtidor	Tab./Surt.		AutoServ		Surt. Disp		Metros Intactos		Precio		Sello		Legibles		Almacen.		Gasolina				Diesel					Kerosene
					Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.			No Cump.		Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.		95 Oct.					
					B	M	B	M	B	M	B	M	B																												
23/07/15	4046	Orlyn, S.A.	Vía Int. Urb. Coronado	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	7	-	7	-	7	-	-	21	-	X			
23/07/15	4044	Orlyn, S.A.-Suc. N° 48	Vía Int., Las Lajas, fte. a la entrada de Coronado	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-			
23/07/15	4758	Dist. Loren, S.A. (Petroleos Delta, S.A.) (2)	Vía Inateramericana fte. a Dist. Coca Cola	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	7	-	8	-	16	-	-	31	-	X			
24/07/15	4577	Estación Lili	Vía Interamericana, San Carlos	IND.	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	2	X	-			
24/07/15	4602	Max Petrol, S.A. - Suc. N°6 (2)	Vía Int. La Pesa	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	7	1	-	20	-	X			
24/07/15	4601	Orlyn, S.A.-Suc. N° 15	Vía Int., entrada a La Pesa	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-			
24/07/15	4049	Petroleos Delta, S.A. (Delta) (2)	Vía Int. Fte. a Materiales Buena Vista	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	5	-	4	-	3	-	4	-	-	23	-	X			
24/07/15	4047	Estación Delta Chame (2)	Vía Int. Fte. al Jardín Paraíso	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	5	-	7	-	-	18	-	X			
24/07/15	4048	Tropifuel, S.A./Est. Tropigas (2)	Vía Int. Urb. Coloncito, Nueva Gorgona, Chame	TROPIGAS	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	18	-	X			
27/07/15	4605	Albrook Services (2)	Calle 50 y Calle 74, fte. al Bco. General	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	7	1	8	-	10	-	-	26	-	X			
27/07/15	4759	J.G.A. Services (Est. Delta Enosis) (2)	Ave. Domingo Díaz al lado de Cochez	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	4	-	6	-	-	16	-	X			

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración								Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen			
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor		Tab./Surt.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Gasolina					Diesel		Kerosene
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.	95 Oct.	500							
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B							
27/07/15	4760	Servicentro el Dragón de Oro	Ave. Domingo Díaz fte. a la entrada de Don Bosco	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	10	-	-	26	X	-		
27/07/15	4606	Estación Por la Mar (2) (6)	Ave. A Edif. Nuevo Amanecer	AB	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	2	-	4	-	-	-	4	-	-	8	X	-		
27/07/15	4603	Orlyn, S.A.	Calle 50, junto a Consultenos	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-		
27/07/15	4579	Est. Texaco Frangipani (2)	Ave. Frangipany fte. Estádio Juan D. Arosemena	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	-	X		
27/08/15	4580	Administradora El Arenal, S.A.-Suc. N°1 (2)	Ave. Frangipany Vía Principal	DELTA	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	-	X		
27/07/15	4581	Servicentro Nacional (2)	Ave. Nacional, Cabo Verde	IND.	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	-	X		
27/07/15	4583	Grupo Mapa, S.A.- Suc. 1 (Est. Texaco Altair)	Ave. Nacional fte. Hosp. Sta. Fé	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	-	X			
28/07/15	4761	Orlyn, S.A. N°36	Ave. Domingo Díaz, al lado de Metromall	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	10	-	10	-	10	-	-	30	X	-		
28/07/15	4762	Petroleos Delta, S.A. N° 87 (2)	Vía Tocúmen, fte. a Plaza Conquistador	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	X	-		
28/07/15	4607	Pacific Oil Services (2)	Calle 50, al lado del Rest. Hooters	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	-	X		
28/07/15	4608	Petróleos Delta, S.A. Suc. N°32 (2)	Calle 50, al lado del Edif. El Tornillo	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	9	-	9	-	-	26	X	-		

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración								Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor		Tab./Surt.		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Precio		Sello		Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Gasolina				Diesel		Kerosene					
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.		95 Oct.			500				
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M						
29/07/15	4610	Administradores El Arenal, S.A. Suc. N°2 (2)	Ave. B fte. a el Rest. Astoria	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	12	-	12	-	8	-	-	32	-	X					
29/07/15	4611	Petroleos Delta, S.A. Suc. N° 102 (2)	Ave. Balboa Final, fte al Merc. Del Marisco	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	6	-	12	-	-	24	-	X						
29/07/15	4764	Estación La Pulida (2)	Ave. Principal La Pulida a un costado de Cardoze & Lindo Cerro Batea, Ave. Principal a un costado de Mr. Precios	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	6	-	3	-	-	13	X	-						
29/07/15	4763	Orlyn, S.A.	Vía Domingo Díaz, San Cristobal, fte. a Varela Hnos.	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	5	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-						
30/07/15	4765	Estación Texaco Inversiones Rivera (2)	Vía Domingo Díaz, San Cristobal, fte. a Varela Hnos.	TEXACO	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-						
30/07/15	4767	Mini Tienda Quick Shop - Suc. N°11	Vía Tocúmen, fte. entrada de Brisas del Golf	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	6	-	6	-	6	-	-	18	X	-						
30/07/15	4613	Orlyn, S.A.	Urb. Corozal	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	7	-	8	-	-	23	X	-						
30/07/15	4615	La Boca Gas Station, S.A. (2)	Urb. La Boca	IND.	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	5	-	3	-	5	-	-	13	X	-						
30/07/15	4616	Puma/Super 7-Suc. N°1	Ave. 4 de Julio, fte. a Mi Pueblito	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	12	X	-						
31/07/15	4768	Est. Punta Pacífica (2)	Vía Israel Urb. Paitilla	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	6	-	10	-	10	-	10	-	-	30	-	X					

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

VERIFICACION DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE - 2015

Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 51-2005. Metrología. Calibración y Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina, Diesel, Kerosene, etc.)

Fecha	Acta	Estación	Dirección	Petrolera	Ultima Calibración								Ident. del Combust.		Coinc. Precios		Instruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Lubricantes				Pantallas de Surt. Legibles		Tanques Almacen.		Cantidad de Pruebas Realizadas						Total	Cumplen	No Cumplen	
					Vigente		Disponib.		En 0		Surtidor		Tab./Surt.		Intruc. de AutoServ		Llave de los Surt. Disp		Sellos de los Metros Intactos		Precio		Sello		Cump.		No Cump.		Cump.		No Cump.		Gasolina		Diesel					Kerosene
					Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	Cump.	No Cump.	91 Otc.	95 Oct.	500					
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B					
31/07/15	4769	Orlyn, S.A.	Costa del Este, Parque Ind.	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	7	-	7	-	7	-	-	21	X	-		
31/07/15	4618	Servicentro Villa Lucre (2)	Vía Principal Villa Lucre	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	2	-	3	1	4	-	-	-	-	8	-	X		
31/07/15	4617	Petróleos Delta, S.A. (2)	Vía Principal entrada a Cerro Viento	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	10	-	10	-	8	-	-	28	X	-		
03/08/15	4584	Veneservicios Dos Mares (2)	Vía Ricardo J. Alfaro, Urb. Dos Mares	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-		
31/08/15	4587	Petróleos Delta, S.A. (DELTA) - Suc. N°9 (2)	Costa del Este, fte. a Mc Donald's	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	12	-	12	-	17	-	-	41	X	-		
31/08/15	4588	Petróleos Delta, S.A. - Suc. N°93 (2)	Llano Bonito, Juan Díaz	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	4	-	6	-	6	-	12	-	-	24	X	-		
01/09/15	4589	Petróleos Delta, S.A. - Suc. N° 12 (2)	Vía Panamericana Diagonal a Dist. El Surtidor	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	X	-		
01/09/15	4590	PUMA SUPER (1)	Urb. La Espiga, La Chorrera	PUMA	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	3	X	-		
02/09/15	4591	Va & Ven Suc. N°7	Llano Bonito, Juan Díaz	TERPEL	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	8	-	8	-	8	-	-	24	X	-		
02/09/15	4593	Petróleos Delta, S.A. Suc. N° 80 (2)	Urb. Tocúmen, Calle Al Lado del Aeropuerto	DELTA	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	3	-	4	-	4	-	4	-	-	12	X	-		

1- No venden lubricantes

2- No tienen autoservicio

3- Surtidor descalibrado a favor del consumidor, es decir, por arriba de la tolerancia permitida

4- No venden gasolina solo venden diesel

5- No había gasolina de 91 octanos al momento de la verificación

6- No venden gasolina de 95 octanos